

Tedaviniz sırasında:

- Solgunluk, nefes darlığı veya bitkinlik gibi belirtiler hissedilirse infüzyon yolunda problem olabilir.
- Uygulamanın doğru şekilde devam ettiğinden emin olmak için pompa ve infüzyon yolu incelenmelidir.
- Pompa arızası olması halinde, aynı akış hızı kullanılarak yedek pompa seti ile değiştirilmelidir.
- Eğer size cevap veremiyor ve tepkisizsem acilen ambulans çağırın ve sağlık profesyonellerine haber verin.

UYARI!



i.v epoprostenol kateterinden kullanılan ilaç dışında infüzyon yapılmamalı, kan ürünleri veya parenteral beslenme için kullanılmamalıdır.¹

İzotonik solüsyonu sadece Veletri® tedavisi için kullanın.

Veletri®'nin aniden kesilmesi hayatı tehdit edici olabilir ve önerilmez.

Referanslar:

1. Doran AK, et al. Guidelines for the prevention of central venous catheter-related blood stream infections with prostanoid therapy for pulmonary arterial hypertension. Int J Clin Pract Suppl. 2008;160: 5–9.
2. Veletri SmPC-UK.
3. Veletri kısa ürün bilgisi.

HASTALAR İÇİN

▼ **Veletri® (epoprostenol) kateter ve infüzyon yolu bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar**

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu tüçten yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri, www.titek.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM) ne bildiriniz.

EM-48695

İnfüzyon Yolunun Bakımı

- Enfeksiyon oluşumunun önlenmesi için, intravenöz (iv) yani damar yolu ile çevresindeki deri yüzeyinin temiz ve kuru tutulması son derece önemlidir.²
- Doktorunuz veya hemşireniz damar yolu ve çevresinin nasıl temiz tutulacağını size gösterecektir. Onların talimatlarını dikkatle takip etmeniz önemlidir.
- İnfüzyon hattı ve çevresindeki bölgeye dokunmadan önce ellerinizi su ve anti-bakteriyel sabunla yıkamalı veya alkol bazlı el bezi kullanarak temizlemelisiniz. Eldiven kullanımı, el hijyeni gerekliliğini ortadan kaldırmaz.¹
- İnfüzyon hattında kan olduğunu veya hattın tıkanıp tıkanmadığını farkederseniz veya infüzyon hattı yerinden çıkarsa derhal ilgili sağlık profesyoneli ile iletişime geçilmelidir.
- İnfüzyon hattının yerinden çıkmasına neden olabilecek hareketlerden (sargı bezine sürtünme) kaçınılmalıdır. Kateter ve tüplere yetkililer dışında kimsenin dokunmasına izin verilmemelidir.

İnfüzyon Yolu Enfeksiyonları

- Aşağıda belirtilen enfeksiyonlardan ve olası tıkanmalardan korunmak için infüzyon yolu ve çevresi her gün kontrol edilmelidir.
 - İlgili bölgede kızamıklık veya kırmızı çizgiler
 - İlgili bölgede şişme, sıcaklık veya yanma
 - İlgili bölgede hassasiyet veya ağrı
 - İnfüzyon yolundaki akış hızında yavaşlama
 - İnfüzyon yolunda sızıntı (kanlı, sarımsı veya berrak)
- İnfüzyon yolunda enfeksiyon gelişmesi halinde ateş yükselmesi ve titreme görülebilir.
- İnfüzyon yolunda enfeksiyon olduğundan şüphelendiğiniz takdirde derhal ilgili sağlık profesyoneli ile irtibata geçilmelidir.

Kateter Bölgesinin Bakımı¹

- Kateter bölgesinin kapanması için steril gazlı bez veya steril, şeffaf, yarı geçirgen pansuman materyali kullanılmalıdır.
- Kateter bölgesindeki pansuman materyali nemlendiği veya kirlendiğinde değiştirilmelidir.
- Kateter bölgesinde gazlı bezli pansuman varsa 2 günde bir; şeffaf pansuman varsa en az 7 günde bir değiştirilmelidir.
- Yeni takılan kateter bölgesindeki pansuman, giriş bölgesi iyileşene kadar en fazla haftada bir kez değiştirilmelidir.
- Kateter takılmadan önce ve kıyafet değişimi sırasında cilt uygun bir antiseptik ile dezenfekte edilmelidir.
- Topikal merhem veya kremler, mantar enfeksiyonlarına neden olabileceği için kateterin giriş bölgesinde kullanılmamalıdır.